

内江市第一人民医院

关于一批医疗设备维修保养的招标公告

根据《中华人民共和国招标投标法》和《内江市第一人民医院招标管理办法》，我院决定对以下医疗设备维修保养进行招标采购。

一、招标项目内容和要求

（一）奥林巴斯输尿管软镜（URF-V）维修

1. 维修数量：1 条。

2. 维修设备生产厂家和型号：日本奥林巴斯株式会社生产的 URF-V 输尿管软镜 1 条。

3. 维修内容：该软镜于 2015 年 11 月投入使用，该软镜插入管破损，需更换内窥镜专用密封圈、插入部组件、压紧橡皮、调节环、UP 电缆。

4. 服务要求：

4.1 中标人需有维修输尿管软镜的技术、能力、资质。

4.2 中标人需保证 30 日内完成输尿管软镜的维修，并保证使用原厂生产的零件。

4.3 中标人需保证 72 小时内提供相同型号的备用品，以确保医院业务的正常开展。特殊情况，也可暂借备用品。

4.4 修复后的软镜同一故障中标人需质保半年（非人为性损坏）。

4.5 中标人提供 1 名以上工程师（经奥林巴斯公司培训，并

附工程师原厂培训证书复印件)。

4.6 周一到周日，一旦维修软镜出现故障，提供每周 24 小时 X7 天的电话支持服务。

4.7 中标人具有 OLYMPUS 售后服务正规授权。

5. 预算最高限价：100000 元。

(二) 城南病区第一住院大楼 5、6 楼病房医用设备带及吊塔升级改造

1. 服务要求：

1.1 区域：5 层吊塔改造

序号	项目	规格	单位	数量
1	不锈钢管	吊塔气体不锈钢管 06CR19NI10 不锈钢管安装（氩弧焊）安装 $\Phi 42 \times 2.5$ ，管道吹扫、压力试验、脱脂、气体置换、管道标识按设计及规范要求，成品不锈钢管件安装。	m	51.5
2	不锈钢管	吊塔气体不锈钢管 06CR19NI10 不锈钢管安装（氩弧焊）安装 $\Phi 16 \times 2$ ，管道吹扫、压力试验、脱脂、气体置换、管道标识按设计及规范要求，成品	m	51.5

		不锈钢管件安装。		
3	不锈钢管	吊塔气体不锈钢管 06CR19NI10 不锈钢管安装（氩弧焊）安装 $\Phi 10 \times 1.0$ ，管道吹扫、压力试验、脱脂、气体置换、管道标识按设计及规范要求，成品不锈钢管件安装。	m	6
4	不锈钢管	吊塔气体不锈钢管 06CR19NI10 不锈钢管安装（氩弧焊）安装 $\Phi 8 \times 1.0$ ，管道吹扫、压力试验、脱脂、气体置换、管道标识按设计及规范要求，成品不锈钢管件安装。	m	6
5	不锈钢管件	低压不锈钢焊接管件 $\phi 22 \times 2.5$	个	11
6	不锈钢管件	低压不锈钢焊接管件 $\phi 16 \times 2$	个	13
7	氧气终端	日式氧气终端	个	12
8	吸引终端	日式吸引终端	个	6
9	不锈钢连接件	维修活接头 $\Phi 8$ ，材质：304	套	30
10	不锈钢连	维修活接头 $\Phi 10$ ，材质：304	套	6

	接件			
11	氧气软管	气体专用软管	m	24
12	吸引软管	气体专用软管	m	18
13	维修阀	气体专用阀门 DG4	个	6
14	维修阀	低压不锈钢阀门 DN32	个	1
15	二级箱	双路，一用一备	台	1
16	铁板	含吊塔固定铁板及角钢焊接加固	套	6
17	管道支架	横管管道支架	支	20
18	吊塔移装	含吊塔拆卸、重新安装	台	6

区域：6 层设备带拆装

序号	项目	规格	单位	数量
1	设备带拆除	原设备带拆除管道封口	条	11
2	床位增加	增加床位每床包含：1 个氧气终端、1 个吸引终端、1 个呼叫分机、1 个床头灯、1 个床头灯开关、2 个插座以及配套管路管件、电线等。	床	6

1.2 中标人需在中标后一个月内完成结点改造并通过测试。

1.3 使用中如因产品质量等原因采购人有权提出免费换货要求。

2. 预算最高限价：69000 元。

（三）双能 X 射线骨密度仪（DPX-NT）维修保养

1. 数量：1 台。

2. 维修保养设备生产厂家和型号：美国 GE 公司生产的 DPX-NT 骨密度仪 1 台。

3. 维保期限：两年，自合同签订生效之日起。

4. 服务要求：

4.1 在本项目期限内，中标人整机维修保养，并保证使用原厂生产的零件（不包含探测器）。

4.2 中标人免费更换全新原装高压发生器一台。

4.3 在本项目期限内，中标人必须保证电话响应时间 2 小时内，工程师 48 小时内到现场。

4.4 在本项目期限内，中标人每年定期巡检 1 次，现场服务不限次数。

4.5 在本项目期限内，服务提供商必须根据我院的需求，对该设备的使用和保养方法为我院提供院内培训。

4.6 在本项目期限内，售后服务电话每年 365 天开通，并有专人接听，每天开通服务时间不少于 12 小时。

4.7 在本项目期限内，中标人必修保证每年开机率达到 95%，超过一天顺延一天。

5. 预算最高限价：130000 元/2 年。

二、资质要求

1. 法人授权委托书；
2. 被委托人身份证复印件；
3. 营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本或三证合一的营业执照；
4. 国家规定的其它相关资质证明文件；
5. 投标时携带以上资料，复印件必须加盖投标人鲜章。

三、投标要求

投标人应该按照格式报送 2 份投标资料、2 份项目报价表、2 份技术要求应答表，需加盖投标人公章。除投标报价表以外的资质文件必须装订，并加盖骑缝章，不接受未经装订的投标资料，否则视为无效投标。将所有文件密封并在封口处加盖骑缝章，不接受密封袋以外的投标资料（样品除外）。

四、递交投标文件

符合条件且愿意参加投标的单位于 2020 年 1 月 14 日开标时到开标地点递交投标文件。

五、开标时间

2020 年 1 月 14 日上午 9:00（如遇变更另行通知）。

六、开标地点

内江市第一人民医院新区医院全科楼 5 楼会议室。

七、中标方式

符合以上要求，采用最低价中标。

八、联系方式

联系地址：内江市市中区汉安大道西段1866号

邮 编：641001

联 系 人：林先生

联系电话：0832-2102308

内江市第一人民医院

2020年1月6日